Svensk Förening för Vårdhygien
Tandvårdssektionen
SFVH

Maskin nr:

DISKDESINFEKTOR
KONTROLLER FÖR DAGLIGT UNDERHÅLL.

*** Kontrollera att diskarmarna snurrar**
*** Kontrollera att dysorna inte är igensatta**
*** Bottensilen töms och rengörs**
*** Kammaren rengörs vid behov**
*** Kontrollera diskmedelsnivån**

Sparas 3 år

Datum	Sign	Datum	Sign	Datum	Sign	Datum	Sign